

Mám dieťa do 19. rokov, ktoré je na inzulínových perách. Na lekársky predpis mi môže DIA centrum, alebo špecializovaná detská diabetologická ambulancia predpísať:

SENZORY

Enlite senzor Glukózové senzory s dobou snímania 6-7 dní	DEXCOM senzor G6 Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní	GlucoMen Day Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní
39 ks/rok	24ks/rok	23ks/rok
Oficiálna doba snímania 234	Oficiálna doba snímania 240 dní	Oficiálna doba snímania 322 dní
Kód pre 6dní snímania D88212*	Kód D99351*	Kód D1515A*

*kód udáva lekár pri predpise zdravotnej pomôcky

VYSIELAČE

Enlite senzor Glukózové senzory s dobou snímania 6-7 dní	DEXCOM senzor G6 Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní	GlucoMen Day Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní
1 kus na 2 roky	3 kusy na rok	1kus na 4 roky
Životnosť vysielčača 24mesiacov	Životnosť vysielčača 3mesiace	Životnosť vysielčača 48mesiacov
Kód pre 6dní snímania D96995*	Kód D99352*	Kód D1516A*

*kód udáva lekár pri predpise zdravotnej pomôcky

Mám dieťa do 19. rokov, ktoré je na inzulínovej pumpe. V limitovej tabuľke nie je podmienka na funkcionálnosť inzulínovej pumpy. Preto môže byť predpis na glukózny senzor a vysielateľ aj pre inzulínové pumpy, ktoré oficiálne nekomunikujú so žiadnym senzorom. Na lekársky predpis mi môže DIA centrum, alebo špecializovaná detská diabetologická ambulancia predpísať:

SENZORY

Enlite senzor Glukózové senzory s dobou snímania 6-7 dní	DEXCOM senzor G6 Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní	GlucoMen Day Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní
41 ks/rok	24ks/rok	23ks/rok
Oficiálna doba snímania 234/287 dní	Oficiálna doba snímania 240 dní	Oficiálna doba snímania 322 dní
Kód pre 6dní snímania D88212*	Kód D99351*	Kód D1515A*
Kód pre 7dní snímania D99538*		

*kód udáva lekár pri predpise zdravotnej pomôcky

VYSIELAČE

Enlite senzor Glukózové senzory s dobou snímania 6-7 dní	DEXCOM senzor G6 Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní	GlucoMen Day Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní
1 kus na 2 roky	3 kusy na rok	1kus na 4 roky
Životnosť vysieláča 24mesiacov	Životnosť vysieláča 3mesiace	Životnosť vysieláča 48mesiacov
Kód pre 6dní snímania D93911**	Kód D99352*	Kód D1516A*
Kód pre 7dní snímania D99531*		

*kód udáva lekár pri predpise zdravotnej pomôcky

**kód 93911 je k inzulínovej pumpe MiniMed 640G, ak má dieťa nárok na výmenu inzulínovej pumpy o 2 roky, je pre neho výhodnejšie si dať predpísať kód D99531 a používať senzory so 7dňovým snímaním

Pozor zmena pri predpise testovacích prúžkov!!!

TESTOVACIE PRŮŽKY NA STANOVENIE GLUKÓZY A INÝCH LÁTOK V KRVI GLUKOMEROM

Množstvom limit je určený pre diabetikov bez CGM (kontinuálny glukózový monitoring). Ak má diabetik nárok na úhradu CGM, vzťahuje sa na neho počas doby používania CGM limit maximálne 2 prúžky na deň pre potreby kalibrácie senzora.

Čo to znamená? Podľa nových limitov platných od 01.01.2022 deti do 19 rokov majú nárok na 150 testovacích prúžkov na mesiac. Zrušili sa vekové hranice do 6 rokov a do 10 rokov. Ďalšia výrazná zmena je, ak dieťa bude používať glukózny senzor, lekár mu na danú dobu predpíše iba 2 testovacie prúžky na deň. Takto znie kategorizácia.

Počet balení testovacích prúžkov na rok, ak dieťa do 19 rokov má predpis na plný počet senzorov za rok :

Enlite senzor Glukózové senzory s dobou snímania 6-7 dní	DEXCOM senzor G6 Glukózové senzory s dobou snímania 10 dní	GlucoMen Day Glukózové senzory s dobou snímania 14 dní
41 ks/rok	24ks/rok	23ks/rok
Oficiálna doba snímania 234dní = 8mesiacov	Oficiálna doba snímania 240 dní = 8mesiacov	Oficiálna doba snímania 322 dní = 11mesiacov
10bal testovacích prúžkov	10bal testovacích prúžkov	13bal testovacích prúžkov
131dni bez senzoru = 4mesiace	125dní bez senzoru = 4 mesiace	43dní bez senzoru = 1mesiac
12bal prúžkov	12bal prúžkov	3bal prúžkov
Celkový počet na rok 22bal prúžkov	Celkový počet na rok 22bal prúžkov	Celkový počet na rok 16bal prúžkov
Oficiálna doba snímania 287dní = 9,5mesiacov		
11bal testovacích prúžkov		
78dni bez senzoru = 2,5mesiaca		
12bal prúžkov		
Celkový počet na rok 23bal prúžkov		

V limitoch sa nepíše o bezkalibračnom senzore, tak som do tabuľky uviedla pri každom type senzoru počet balení na rok.

Pri testovacích prúžkoch nepíšem kód, nakoľko každý používa iný typ prúžkov.